

Dati audit 2000 sull'attività dei laboratori di emodinamica

Prima di pubblicare i dati riguardanti l'attività dei laboratori italiani di emodinamica il GISE ha effettuato un audit sui seguenti laboratori selezionati mediante un sorteggio:

Emodinamica Ospedale. S.Anna, COMO.

Emodinamica di Napoli - Università Federico II.

Emodinamica di Potenza, Az. Osp. San Carlo.

Laboratorio di Emodinamica, Osp. Cernusco sul Naviglio.

Laboratorio di Emodinamica, Osp. Infermi di Rivoli (TO).

Laboratorio di Emodinamica, Clinica San Rocco – Ome (BS)

Sono state valutate 5731 procedure totali. E' stato osservato che in qualche caso esisteva una discordanza tra il numero totali di procedure segnalate nella scheda di rilevazione e il numero di procedure eseguite a causa a volta per il doppio inserimento delle procedure di angioplastica periferica. A volte il numero di angioplastiche coronariche veniva calcolato considerando il numero di vasi trattati e non al numero di pazienti. Inoltre a volte non è stato inserito il numero delle coronarografie seguite da PTCA

Pertanto speriamo che in futuro ci sia una maggiore precisione nella segnalazione dell' attività svolta al fine di offrire una panoramica ancora più reale dei numeri di procedure svolte nei singoli centri.

In ogni caso, non sono stati rilevati nel corso di questa AUDIT una discordanza sui numeri maggiore del 10%, e pertanto sulla base dei laboratori campione esaminati il numero di procedure può presumibilmente avere una oscillazione del 10%.

Infine il GISE ringrazia tutti i responsabili dei laboratori che hanno partecipato all' AUDIT e suggerisce un'attenta stesura dell' attività del laboratorio per il prossimo anno.

